



# 深圳市三思减振技术有限公司

## 光学平台隔振性能测试报告

测试地点	一楼实验室	负载	300KG
测试工具	专用传感器，模块，力锤及软件	测试人员	李亭林
名称	光学平台	测试时间	2020.6.30
测试型号	THP1-1209-800	气压	0.3Mpa-0.35Mpa

测试结果如图：固有频率 5.5Hz，10Hz 时隔振效率为 80%



